間接排気フィルターユニット参考写真

JIS-K3800-2021　抜粋

6.16　遠隔送風機の能力

遠隔送風機の能力は，次による。

a)　**間接ダクト接続の遠隔送風機**　間接ダクト接続に用いる遠隔送風機の能力は，**9.18.3 a)**の試験を行ったとき，キャビネットと間接ダクトとの間隙から，発煙管の煙が漏れてはならない。

注記 1　間隙から試験用の煙が噴き出すのは，キャビネット内のガス状又は揮発性有害物質が室内へ漏出することを意味する。

注記 2　間接ダクト接続に用いる遠隔送風機の排気能力は，キャビネット排気風量の 150 %近くを必要とすることが多い。