

ミクロ天秤 仕様明細書

1. 機種および台数

ミクロ天秤 1 式
(内訳)

下記の表中、(A) または (B) の中からいずれかの組み合わせとする。いずれの場合もシステムを構成するために必要な接続部品等、装置稼働時に必要な部材を付属すること。

	(A)	(B)
メーカー	ザルトリウス	メトラー・トレド
①ミクロ天秤本体 ・最大ひょう量：30g 以上 ・最小表示：0.001mg 以下 ・最小計量値：5mg 以下	MCA36S-3S01-D	XPR36V
②インナー風防	YDS125A	①に含む
③イオナイザー ・内蔵または外付	①に含む	スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR 用
④プリンター及び用紙・インク	YDP30 及び 69Y03285	P-52RUE
⑤据付・校正 ・日本薬局方対応 ・JCSS 校正証明書を含む	MCA36S-3S01-D	Accuracy Pac (ACC (JCSS) 校正証明書) 及び Calibrate Japanese Pharmacopoeia
⑤標準分銅 ・繰返し性・正確さ確認用	F-1 級 質量 JCSS 校正付 1g 及び E-2 級 JCSS 校正付 20g	Care Pac OIML SCS 校正証明書付 1g/20g F2 Cal
⑥データ処理用ノートパソコン	(A) (B) 共通 ノートパソコン (13～14 型) 1 式 参考機種：dynabook G83/LY A6G2LYL7121A CPU: Intel Core i5 (第 12 世代以降)、AMD Ryzen 5 (5000 以降) または同等以上、メモリ 16GB 以上、SSD (NVMe) 256GB 以上、OS : Windows 11 Pro 64bit 日本語版、ディスプレイ : FHD (非光沢)、インターフェース : USB-A×2 以上・USB-C×1 以上 (PD/DP Alt 対応)、Web カメラ・マイク内蔵、重量 1.4kg 以下、バッテリー10 時間以上、Microsoft Office Home & Business 2024 (永続版)	

2. 納入場所

福岡県太宰府市大字向佐野 3 9

福岡県保健環境研究所 保健科学部 生活化学課

3. 納期限

令和 8 年 3 月 3 1 日（火）

4. 保証

検収完了の日から起算して 1 年以内に故障が生じた場合は、無償で現品の取換え、若しくは修理すること。ただし、取扱者（発注者側）に過失があった場合、または天災による場合はこの限りでない。

5. その他

本物品の搬入、調整試験等実際に使用できる状態になるまでの経費は、すべて受注者の負担とする（納品時の操作説明を含む）。

納品後も、装置の操作・保守・修理等の技術的相談に応じる等、アフターサービスを継続的に行うこと。