

クロロフィル測定装置 仕様書

1. 品名	クロロフィル測定装置	
2. 数量	一式	
3. メーカー名	ターナーデザイン	
4. その他 付属品等	①クロロフィルa測定 (Non-Acidification) モジュール ワイド 7200-046W	1個
	②クロロフィルa測定 (Acidification) モジュール ワイド 7200-040W	1個
5. 規格	①溶媒抽出によるクロロフィルの蛍光光度測定法のうち、Welschmeyer法、Holm-Hansen法に基づく測定が可能であること。 ②納入時に上記測定を行う装置設定・調整が完了していること。 ③5mlの試料液量においてクロロフィルaの検出下限値0.025 μg/Lを下回らないこと。 ④大量のサンプルを物質変性前に素早く処理できること。	