

肺がん検診のためのチェックリスト【検診実施機関用】

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(公財)ふくおか公衆衛生推進機構	(一財)医療情報健康財団	(公財)福岡労働衛生研究所	(一社)日本健康倶楽部	宗像医師会病院健診センター	遠賀中間医師会病院健診センター	ヘルスポートクリニック	(一財)西日本産業衛生会	芦屋中央病院	飯塚医師会健診検査センター	朝倉市国民健康保険直営朝倉診療所	
1. 受診者への説明												
(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(2) 精密検査の方法について説明しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(3) 精密検査結果は市町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(4) 検診の有効性に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあることなど、がん検診の欠点について説明しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(5) 検診受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(6) 肺がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(7) 禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普及を行っているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実施率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	県内平均 100.0%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. 質問(問診)、及び撮影の精度管理												
(1) 検診項目は、質問(医師が自ら対面で行う場合は問診)、胸部エックス線検査、及び質問の結果、50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上だった者(過去における喫煙者を含む)への喀痰細胞診としているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(2) 質問(問診)では喫煙歴、妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取しているか、また最近6か月以内の血痰など自覚症状のある場合には、検診ではなくすみやかに専門機関を受診し、精査を行うように勧めているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(3) 質問(問診)記録は少なくとも5年間は保存しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(4) 問診時に適切な胸部エックス線撮影、すなわち、放射線科医、呼吸器内科医、呼吸器外科医のいずれかによる胸部エックス線の画質の評価と、それに基づく指導を行っているか(※1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(5) 撮影機器の種類(直接・間接撮影、デジタル方式)、フィルムサイズ、モニタ読影の有無を仕様書に明記し、日本肺癌学会が定める、肺がん検診として適切な撮影機器・撮影方法で撮影しているか(※2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(6) 胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(7) 集団検診を実施する検診機関は、1日あたりの実施可能人数を仕様書等に明記しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(8) 事前に胸部エックス線写真撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師、及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市区町村に提出しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(9) 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(10) 胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(11) 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実施率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	県内平均 100.0%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. 胸部エックス線読影の精度管理												
(1) 自治体や医師会から求められた場合、読影医の実態(読影医の氏名、生年、所属機関名、専門とする診療科目、呼吸器内科・呼吸器外科・放射線科医師の場合には専門科医師としての経験年数、肺がん検診に従事した年数、「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会(※3)」の受講の有無等)を報告しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(2) 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師は下記の要件を満たしているか 【読影医の要件】 ・第一読影医: 検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会」に年1回以上参加していること ・第二読影医: 下記の1)、2)のいずれかを満たすこと 1) 3年間以上の肺がん検診読影経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会(※3)」に年1回以上参加している 2) 5年間以上の呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線科医のいずれかとしての経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会(※3)」に年1回以上参加している	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(3) 2名の読影医のうちどちらかが「要比較読影」としたものは、過去に撮影した胸部エックス線写真と比較読影しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(4) 比較読影の方法は、「読影委員会等を設置して読影する(あるいは読影委員会等に委託する)」、「二重読影を行った医師がそれぞれ読影する」、「二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が読影する」のいずれかにより行っているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(5) シャカステン・読影用モニタなどの機器に関しては、日本肺癌学会が定めた基準等に従っているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(6) 読影結果の判定は「肺がん検診の手引き(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)の「肺がん検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分」」によって行っているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(7) 胸部エックス線画像は少なくとも5年間は保存しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(8) 胸部エックス線検査による検診結果は少なくとも5年間は保存しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実施率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	県内平均 100.0%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4. 喀痰細胞診の精度管理												
(1) 細胞診の業務を委託する場合は、その委託機関(施設名)を仕様書等に明記しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(2) 採取した喀痰は、2枚以上のスライドに塗抹し、湿固定の上、パパンニコロウ染色を行っているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(3) 固定標本の顕微鏡検査は、公益社団法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して行っているか(※4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(4) 同一検体から作成された2枚以上のスライドは、2名以上の技師によりスクリーニングしているか	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
(5) がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行っているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(6) 標本は少なくとも5年間は保存しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(7) 喀痰細胞診検査結果は少なくとも5年間は保存しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実施率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	県内平均 98.7%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5. システムとしての精度管理												
(1) 受診者への結果通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内になされているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(3) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果(診断、治療方法、手術所見、病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(4) 検診に従事する医師の胸部画像読影方向のために「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会(※3)」を年に1回以上開催しているか。もしくは、他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会等が主催する胸部画像読影に関するセミナー・講習会(※3)を年に1回以上受講させているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(5) 内部精度管理として、検診実施体制や検診結果の把握・集計・分析のための委員会(自施設以外の専門家を交えた会)を年に1回以上開催しているか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した同様の委員会に年に1回以上参加しているか	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	
(6) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中等のプロセス指標値を把握しているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(7) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っているか。また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努めているか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実施率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	県内平均 98.7%
実施率(全体)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	97.5%	100.0%	100.0%	97.5%	100.0%	100.0%	100.0%	99.5%

※1 背腹一方向撮影を原則とする。適格な胸部エックス線写真とは、肺炎、肺野外側縁、横隔膜、肋骨横隔膜角などを含むように正しく位置づけられ、適度な濃度とコントラストおよび良好な鮮鋭度をもち、中心陰影に重なった気管、主気管支の透亮像ならびに心陰影及び横隔膜に重なった肺血管が観察できるもの

※2 日本肺癌学会編集、肺癌取扱い規約改訂第8版(肺がん検診の手引き2020年改訂版)より
1: 間接撮影の場合は、100mmミラーカメラと、定格出力150kV以上の撮影装置を用いて120kV以上の管電圧により撮影する。やむを得ず定格出力125kVの撮影装置を用いる場合は、110kV以上の管電圧による撮影を行い縦隔部の感度を肺野部に対して高めるため、希土類(グラデーショナル型)蛍光板を用いる。定格出力125kV未満の撮影装置は用いない
2: 直接撮影(スクリーン・フィルム系)の場合は、被検者-管球間距離を150cm以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、120kV以上の管電圧及び希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)による撮影がよい。やむを得ず100~120kVの管電圧で撮影する場合も、被曝軽減のために希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)を用いる
3: 直接撮影(デジタル画像)の場合は、X線検出器として、輝度性蛍光体を塗布したイメージングプレート(IP)を用いたCRシステム、平面検出器(FPD)もしくは固体半導体(CCD、CMOSなど)を用いたDRシステムのいずれかを使用する。管球検出器間距離(撮影距離)150cm以上、X線管電圧120~140kV、撮像mAs値4mAs程度以下、入射表面線量0.3mGy以下、グリッド比8:1以上、の条件下で撮影されることが望ましい。
4: 撮影機器、画像処理、読影用モニタの条件については、下記のサイト(日本肺癌学会ホームページ、肺がん検診委員会からのお知らせ)に掲載された最新情報を参照すること
https://www.haigan.gr.jp/modules/important/index.php?content_id=120

※3 下記講習会の具体的内容は、日本肺癌学会ホームページ(肺がん検診について)を参照すること
https://www.haigan.gr.jp/modules/important/index.php?content_id=1
「肺癌取扱い規約 第8版 肺がん検診の手引き改訂について」、「肺癌取扱い規約第8版「肺がん検診の手引き」改訂に関するQ&A」
・「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会」
・「他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会等が主催する胸部画像読影に関するセミナー・講習会」
※4 喀痰の処理法・染色法:
公益社団法人日本臨床細胞学会、細胞検査士会編集「細胞診標準作業マニュアル」参照
http://www.intercyto.com/lecture/manual/resp_manual.pdf
細胞診判定:
肺癌取扱い規約、日本肺癌学会ホームページ(肺がん検診について)参照
「肺癌検診における喀痰細胞診の判定区分別標準的細胞」
https://www.haigan.gr.jp/modules/important/index.php?content_id=120